

ลำดับ ที่	ประเภท ผลิตภัณฑ์/ บริการ	รายละเอียดการให้บริการ/ ผลิตภัณฑ์	เทคนิคการตรวจ วิเคราะห์/บริการ	ชนิด ตัวอย่าง	อัตรา ค่าบริการ (บาท)
6	บริการ ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องวัดรังสี	6.1 สอบเทียบ Survey Meter	มาตรฐาน IAEA	Dosemode /เครื่อง	3,000
				Doserate mode/ เครื่อง	3,000
		6.2 สอบเทียบเครื่องวัดรังสี วินิจฉัย (EXP mode)	มาตรฐาน IAEA	หัววัด/ mode	5,000
		6.3 สอบเทียบ X-ray Therapy Dosimeter	มาตรฐาน IAEA	เครื่อง	8,000
		6.4 สอบเทียบเครื่องวัดรังสี วินิจฉัย (FLU mode)	มาตรฐาน IAEA	หัววัด/ mode	5,000
		6.5 สอบเทียบ Non-invasive kV meter	มาตรฐาน IAEA	หัววัด/filter Pack	5,000
		6.6 สอบเทียบ Well Type Chamber, Ir-192,Cs-137	มาตรฐาน IAEA	เครื่อง/ พลังงาน	4,000
		6.7 สอบเทียบ Radiotherapy Dosimeter ในตัวกลางอากาศ	มาตรฐาน IAEA	เครื่อง/หัววัด	5,000
		6.8 สอบเทียบ Radiotherapy Dosimeter ในตัวกลางน้ำ	มาตรฐาน IAEA	เครื่อง/หัววัด	5,000
		6.9 สอบเทียบมาตรฐาน เครื่องวัดรังสีด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานสูงหรือฟิสิกส์	มาตรฐาน IAEA	จำนวน พลังงาน	5,000 +(2,000 * จำนวน พลังงาน)
		6.10 ทดสอบความแม่นยำ เครื่องวัดรังสี	มาตรฐาน IAEA	เครื่อง/หัววัด	6,000
		6.11 ทดสอบความสามารถใน การป้องกันรังสีของวัสดุ ป้องกันรังสี	มาตรฐาน IAEA	ชิ้น/พลังงาน	3,000
6.12 สอบเทียบเครื่องวัดรังสี วินิจฉัย (CT mode)	มาตรฐาน IAEA	หัววัด/ mode	5,000		